



nuova osar
Via E. De Amicis, 6/G - 20089 Rozzano (MI)
Tel e Fax. +39.02.57.51.23.65
E-m@il: info@nuova-osar.net
<http://www.nuova-osar.net>

SCHEMA TECNICA BILANCIA MOD. BCA

ACCESSORI

- Dispositivo per la determinazione del peso specifico dei liquidi e dei solidi.
- Stampante completa di cavo di collegamento.
- Tavolo antivibrante per bilance analitiche e strumenti di precisione.
- Pesi analitici di calibrazione.
(certificati SIT a richiesta)
- Calibrazione automatica con massa interna azionata da servomotore, controllato da microprocessore
Solo per modello **BCA 120S - BCA 200 S**
- Calibrazione esterna con peso fornito in dotazione, per modelli **BCA 120 - BCA 150 - BCA 200**
- Tara automatica sull'intera portata
- Selezione unità di misura g, ct, oz, dwt
- Selezione filtri per smorzamento vibrazioni
- Alimentatore in contenitore antifiama, 110V-220V \pm 10% - 130 mA/65 mA - 50/60 Hz
- Uscita dati RS 232
- Piatto di pesata in acciaio inox \varnothing 80 mm
- Bolla d'aria a piedini di livellamento
- Dimensioni L 194 x P 325 x H 315
- Vetrinetta con tre antine scorrevoli, da mm. 175 x 150 x 210 h
- Completa di istruzioni per l'uso

Modello	BCA 120	BCA 120S	BCA 150	BCA 200	BCA 200 S
Portata	120 g	120 g	150 g	200 g	200 g
Risoluzione	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg
Linearità	\pm 0,3 mg	\pm 0,3 mg	\pm 0,3 mg	\pm 0,3 mg	\pm 0,3 mg
Riproducibilità	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg
Calibrazione	Esterna	Interna automatica	Esterna	Esterna	Interna Automatica
Piatto	\varnothing 80	\varnothing 80	\varnothing 80	\varnothing 80	\varnothing 80
Peso netto	8,6 Kg	9 Kg	8,6 Kg	8,6 Kg	9 Kg
Temperature	10° - 30° C				



nuova osar
Via E. De Amicis, 6/G - 20089 Rozzano (MI)
Tel e Fax. +39.02.57.51.23.65
E-m@il: info@nuova-osar.net
<http://www.nuova-osar.net>

d'esercizio