



**Nuova Osar**  
Via E. De Amicis, 6/G - 20089 Rozzano (MI)  
Tel e Fax. +39.02.57.51.23.65  
E-m@il: info@nuova-osar.net  
http://www.nuova-osar.net

## SCHEMA TECNICA APPARECCHIO MOD. OPT 500 E

MODELLO		OPT 500/E
Modello da Tavolo		
Modello da Pavimento		*
Ventilazione		Naturale
Capacità	LT.	500
Dimensioni di Ingombro Larghezza	mm.	900
Dimensioni di Ingombro Profondità	mm.	800
Dimensioni di Ingombro Altezza	mm.	2.120
Peso Lordo	kg.	235
Larghezza Camera Interna	mm.	600
Profondità Camera Interna	mm.	600
Altezza Camera Interna	mm.	1.400
Temperatura Minima di Esercizio	°C	+ 5°C > T.A.
Temperatura Massima di Esercizio	°C	80
Massima variazione a	37 °C	+ - 1
Classe di Sicurezza DIN 12880 Classe 3.1	.	.
Ripiani in dotazione	Nr.	3
Numero Massimo Ripiani	Nr.	21
Termoregolatore Elettronico		serie
Struttura Interna in Acciaio Inox		.
Struttura Esterna in Acciaio Verniciato		.
Porta a 1 Anta		.
Porta a 2 Ante		
Guarnizione Gomma Silicone		.
Alimentazione	Volt	230 x 1
Potenza in Rete	Hz	50/60
Potenza Assorbita	Watt	1.800

