



**Nuova Osar**  
Via E. De Amicis, 6/G - 20089 Rozzano (MI)  
Tel e Fax. +39.02.57.51.23.65  
E-m@il: info@nuova-osar.net  
http://www.nuova-osar.net

## **SCHEMA TECNICA APPARECCHIO MOD. OPV 700 /E**

MODELLO		OPV 700/E
Modello da Pavimento		*
Ventilazione		Forzata
Capacità	LT.	700
Dimensioni di Ingombro Larghezza	mm.	900
Dimensioni di Ingombro Profondità	mm.	1.150
Dimensioni di Ingombro Altezza	mm.	2.150
Peso Lordo	Kg.	280
Larghezza Camera Interna	mm.	700
Profondità Camera Interna	mm.	700
Altezza Camera Interna	mm.	1.400
Temperatura Minima di Esercizio	°C	+ 5°C > T.A.
Temperatura Massima di Esercizio	°C	250 ° C
Massima variazione a	150 °C	+ - 1 °C
Classe di Sicurezza DIN 12880 Classe 3.1		.
Ripiani in dotazione	Nr.	3
Numero Massimo Ripiani	Nr.	21
Termoregolatore Elettronico		serie
Struttura Interna in Acciaio Inox		.
Struttura Esterna in Acciaio Verniciato		.
Porta a 1 Anta		.
Guarnizione Gomma Silicone		.
Alimentazione	Volt	400 x 3 + N + T
Frequenza in Rete	Hz.	50/60
Potenza Assorbita	Watt	7.000

