



Nuova Osar
Via E. De Amicis, 6/G - 20089 Rozzano (MI)
Tel e Fax. +39.02.57.51.23.65
E-mail: info@nuova-osar.net
<http://www.nuova-osar.net>

SCHEMA TECNICA APPARECCHIO MOD. OST 900 Frigor

MODELLO		OST 900
Modello da Tavolo		
Modello da Pavimento		*
Ventilazione		Forzata
Capacità	LT.	900
Dimensioni di Ingombro Larghezza	mm.	880
Dimensioni di Ingombro Profondità	mm.	820
Dimensioni di Ingombro Altezza	mm.	2.405
Peso Lordo	kg.	120
Larghezza Camera Interna	mm.	750
Profondità Camera Interna	mm.	700
Altezza Camera Interna	mm.	1.800
Temperatura Minima di Esercizio	°C	- 2°C
Temperatura Massima di Esercizio	°C	+ 6°C
Massima variazione a	+2 °C	+ - 2
Classe di Sicurezza DIN 12880 Classe 3.1	.	.
Ripiani in dotazione	Nr.	4
Numero Massimo Ripiani	Nr.	10
Termoregolatore Elettronico		serie
Struttura Interna in Termoformato Lisco		.
Struttura Esterna in Lamiera Zincopreverniciata		.
Porta a 1 Anta		.
Alimentazione	Volt	230 x 1
Frequenza in Rete	Hz	50/60
Potenza Assorbita	Watt	400

