



**Nuova Osar**  
**Via E. De Amicis, 6/G - 20089 Rozzano (MI)**  
**Tel e Fax. +39.02.57.51.23.65**  
E-mail: [info@nuova-osar.net](mailto:info@nuova-osar.net)  
<http://www.nuova-osar.net>

## **SCHEMA TECNICA APPARECCHIO MOD. OTRV 130 E**

MODELLO		OTRV 130/E
Modello da Tavolo		*
Modello da Pavimento		
Ventilazione		Forzata
Capacità	LT.	130
Dimensioni di Ingombro Larghezza	mm.	800
Dimensioni di Ingombro Profondità	mm.	630
Dimensioni di Ingombro Altezza	mm.	1.220
Peso Lordo	kg.	90
Larghezza Camera Interna	mm.	580
Profondità Camera Interna	mm.	465
Altezza Camera Interna	mm.	500
Temperatura Minima di Esercizio	°C	+ 5°C
Temperatura Massima di Esercizio	°C	+55 °C
Massima variazione a	37 °C	+ - 1 °C
Classe di Sicurezza DIN 12880 Classe 3.1	.	.
Ripiani in dotazione	Nr.	2
Numero Massimo Ripiani	Nr.	5
Termoregolatore Elettronico		serie
Struttura Interna in Acciaio Inox		.
Struttura Esterna in Acciaio Verniciato		.
Porta a 1 Anta		.
Porta a 2 Ante		
Guarnizione Gomma Silicone		.
Alimentazione	Volt	230 x 1
Frequenza in Rete	Hz	50/60
Potenza Assorbita	Watt	1.000

