



**Nuova Osar**  
**Via E. De Amicis, 6/G - 20089 Rozzano (MI)**  
**Tel e Fax. +39.02.57.51.23.65**  
E-m@il: info@nuova-osar.net  
http://www.nuova-osar.net

## **SCHEMA TECNICA APPARECCHIO MOD. OTV 20 E**

MODELLO		OTV 20/E
Modello da Tavolo		*
Modello da Pavimento		
Ventilazione		Forzata
Capacità	LT.	20
Dimensioni di Ingombro Larghezza	mm.	380
Dimensioni di Ingombro Profondità	mm.	400
Dimensioni di Ingombro Altezza	mm.	580
Peso Lordo	Kg.	20
Larghezza Camera Interna	mm.	300
Profondità Camera Interna	mm.	200
Altezza Camera Interna	mm.	330
Temperatura Minima di Esercizio	°C	+ 10°C > T.A.
Temperatura Massima di Esercizio	°C	70
Massima variazione a	37 °C	+ - 1
Classe di Sicurezza DIN 12880 Classe 3.1	.	.
Ripiani in dotazione	Nr.	-
Numero Massimo Ripiani	Nr.	1
Termoregolatore Elettronico		serie
Struttura Interna in Acciaio Inox		.
Struttura Esterna in Acciaio Verniciato		.
Porta a 1 Anta		.
Porta a 2 Ante		
Guarnizione Gomma Silicone		.
Alimentazione	Volt	230 x 1
Frequenza in Rete	Hz	50/60
Potenza Assorbita	Watt	200

